

Einweisungsprotokoll HD450 / HD450 Injektion

- | | |
|---|---|
| <p>1. Umgebung prüfen
Einbaumaße eingehalten</p> <p><input type="checkbox"/> _____</p> | <p>2. Strom- und Wasseranschluß (wenn möglich)
Abflussschlauch nach Vorgaben verlegt</p> <p><input type="checkbox"/> _____</p> |
| <p>3. Innenraum / Filterwechsel / Spülarm
Spülarm und Filterwechsel</p> <p><input type="checkbox"/> _____</p> | <p>4. Grundkorb und Einsatzkörbe prüfen
Einsatzkörbe hinten eingehängt</p> <p><input type="checkbox"/> _____</p> |
| <p>5. Tapklappe und Oxides Thermo Tab</p> <p><input type="checkbox"/> _____</p> | <p>6. Richtiges Bestücken der Maschine in unsere Einsätze
Hand- und Winkelstücke in die Adapter</p> <p><input type="checkbox"/> _____</p> |
| <p>7. Tür schließen
Richtiges andrücken der Tür ohne Widerstand</p> <p><input type="checkbox"/> _____</p> | <p>8. Administrator-Menü
Benutzer anlegen, Speicher auslesen</p> <p><input type="checkbox"/> _____</p> |
| <p>9. Programmfunktion
Einprogramm, Start</p> <p><input type="checkbox"/> _____</p> | <p>10. Fehlermeldungen
Spülarm und Prozesschemie</p> <p><input type="checkbox"/> _____</p> |
| <p>11. Wartung
Service-Kit</p> <p><input type="checkbox"/> _____</p> | <p>12. Notentriegelung</p> <p><input type="checkbox"/> _____</p> |
| <p>13. Gerätepflege
Außenreinigung, Türdichtung, Service-Tab</p> <p><input type="checkbox"/> _____</p> | <p>14. Maschine starten und 30 Minuten laufen lassen.</p> <p><input type="checkbox"/> _____</p> |
| <p>15. Hinweis auf Produktvideo</p> <p><input type="checkbox"/> _____</p> | <p>16. Hinweis HD450 Printer Software</p> <p><input type="checkbox"/> _____</p> |

Seriennummer Thermodesinfektor: _____

Eingewiesene Mitarbeiter:

Techniker, Außendienstmitarbeiter: _____

Datum, Ort	Praxisstempel, Unterschrift
------------	-----------------------------

